

液相色谱仪主机及配件采购要求明细

1. 泵单元：四元泵
2. 储液器
3. 脱气单元
4. 自动进样器：样品瓶，样品托盘
5. 柱温箱
6. 检测器：示差折光检测器，紫外可见光检测器
7. 工作站
8. 色谱柱：(1) 氨基色谱柱（4.6mm*250mm,粒径 5 μ m，氨基硅烷键合硅胶为填充剂）或性能相当者。两根 (2) 强阳离子交换色谱柱，SCX，250mm*4.6mm（内径），5 μ m，或性能相当者。一根 (3) C₁₈ 柱（粒径 5 μ m，柱长 150mm*直径 3.5mm）或同等性能的色谱柱。一根 配保护柱
9. 管件组件
10. 电脑及打印机等
11. 全程培训

色谱柱：C₁₈柱（粒径5 μ m，柱长150 mm×直径3.9 mm）或同等性能的色谱柱。

.....

6.2.1.1 色谱柱：强阳离子交换色谱柱，SCX，250 mm×4.6 mm(内径)，5 μ m，或性能相当者。

注：宜在色谱柱前加保护柱(或预柱)，以延长色谱柱使用寿命。

.....

a) 色谱柱：氨基色谱柱(4.6 mm×250 mm，粒径 5 μ m，氨基硅烷键合硅胶为填充剂)，或性能相当者；